

CONTOUR®NEXT

CONTOUR®NEXT ONE



Testni lističi in rok uporabnosti



CONTOUR®NEXT

Tudi po odprtju uporabni do roka uporabnosti, navedenega na ovojnjini

Sprožilna naprava in lancete

MICROLET®NEXT in barvne lancete MICROLET®

Barvni indikator ciljnih vrednosti



Rumena
nad ciljnim območjem

Zelena
v ciljnim območju

Rdeča
pod ciljnim območjem

Rumena
nad ciljnim območjem

Zelena
v ciljnim območju

Rdeča
pod ciljnim območjem



Vzorec krvi

0,6 µL, kapilarna ali venozna polna kri

Dodaten nanos krvi

60 sekund odštevanja,
Second-Chance®

60 sekund, Second-Chance®

Ciljne vrednosti

Prednastavljene: 3,9 mmol/L – 10,0 mmol/L

Območje merjenja

0,6 mmol/L – 33,3 mmol/L

Pogoji shranjevanja testnih lističev

0 °C – 30 °C, 10 % – 80 % relativne vlage

Povezovanje preko Bluetooth®

Aplikacija **CONTOUR®DIABETES** s Poročilom za zdravnika in eDnevnikom samokontrole